



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.29.004.А № 76986

Срок действия до 01 апреля 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи магнитострикционные ПМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КСР-2" (ООО "КСР-2"),
г. Заречный, Пензенская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 77975-20

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 208-046-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для специального исполнения с
пределами допускаемой основной абсолютной погрешности измерений
уровня ± 2 мм; 3 года - для стандартного исполнения с пределами
допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня $\pm 3,5$ мм

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 01 апреля 2020 г. № 683

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 16 " 04 2020 г.

Серия СИ

№ 044002